

# Latex

## Satin Untersuchungshandschuhe gepudert

### Qualitätssicherung

- Chargenprüfzertifikat für jede Bestellung
- Externe Qualitätskontrollen

### AQL

- AQL 1.5 entsprechend EN 455-1:2000

### Verpackungseinheiten

- 100 Stück in Spenderbox
- 10 Spenderboxen im Umkarton

### Eigenschaften

- Einfaches An- & Ausziehen
- Frei von Thiuramen
- Hervorragende Tastempfinden (mikrotexturierte Finger-&Handflächen)
- Stulpe mit verstärktem Rollrand
- Gute Passform
- Lebensmittelecht
- Biologisch abbaubar

### In Konformität mit



MDD 93/42/EEC, Klasse 1 Medical Device (EN 455, Teil 1,2,3, & 4)



### Artikelnummer Handschuh weiss

- 171003100 (XS)
- 171003101 (S)
- 171003102 (M)
- 171003103 (L)
- 171003104 (XL)

	Grösse	Masse (mm)
Handflächenbreite	<b>XS</b>	75 ± 5
Handflächenbreite	<b>S</b>	85 ± 5
Handflächenbreite	<b>M</b>	95 ± 5
Handflächenbreite	<b>L</b>	106 ± 5
Handflächenbreite	<b>XL</b>	116 ± 5
Gesamtlänge	Alle Grössen	Min. 240
Stärke Stulpe	Alle Grössen	Min. 0,08
Stärke/Handfläche	Alle Grössen	Min. 0,10
Stärke/Finger	Alle Grössen	Min. 0,12

	Reissfestigkeit
Über die gesamte Haltbarkeit	6 Newton
Nach der Challenge (Alterung)	6 Newton



Single Use



Non-Sterile

### Standards und Zertifikate



Food Safe

Produkt-Konformität mit Verordnung (EC) Nr. 1935/2004 und Erfüllung der Anforderungen von Verordnung (EU) Nr. 10/2011

- ISO 13485: 2016 Quality Management
- ISO 9001: 2015 Quality Management
- CODE OF CONDUCT – zur industriellen Kooperation
- REACH – Registrierung, Zulassung und Beschränkung von chemischen Stoffen